




Servicio/Departamento/Área	Instituto C.M.C.- Mérida	 
Unidad	Tecnología de Recursos Forestales	
Ubicación	Laboratorio del Corcho	
Técnica	Preparación de muestras	
Instrumento/Modelo	Cámara Climática CCI/ Nº fabricación 2347.1	
Año adquisición	1994	

Especificaciones Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> -Número de programas 9. -Nº máximo de ciclos 99. -Nº máximo de pasos por programa 19. -Tiempo máximo por paso 99:59 h. -Límite temperatura: según características cámara. -Humedad relativa 5% a 99%. -Resolución indicador temperatura 0,1°C -Resolución indicador humedad relativa 1%
Ámbito de Aplicación
Acondicionamiento de muestras para todos los ensayos de manufacturas y semimanufacturas de corcho, a excepción de los ensayos de microbiología, TCA y humedad.


Responsable	correo-e	Teléfono
Manuel A. Martínez Cañas	manuel.martinez@gobex.es	924003100